	Diagnostyka Obrazowa.	D06	
		strona	1 z 2
		edycja	01
		data wydania	31.12.2018
W SZPITALU REGULARNIE WYKONUJE SIĘ PODSTAWOWE TESTY KONTROLI JAKOŚCI.			


	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	Inspektor Ochrony Radiologicznej	Małgorzata Jatczak	31.12.2018	INSPEKTOR Ochrony Radiologicznej <i>Małgorzata Jatczak</i> sz. tech. elektromedycyny
Sprawdził:	Kierownik RTG	Marcin Tarczyński	31.12.2018	<i>Marcin Tarczyński</i> lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych specjalista chorób płuc
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Sławomir Wysocki	31.12.2018	<i>Sławomir Wysocki</i> Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza lek. med. Sławomir Wysocki

Przedmiotem jest opis zasad wykonywania podstawowych testów wewnętrznych aparatury rentgenodiagnostycznej i urządzeń pomocniczych, określenie rodzaju i częstości wykonywania poszczególnych testów oraz rejestracji, interpretacji i archiwizacji wyników.

Inspektor ochrony radiologicznej jest odpowiedzialny za:

- wykonywanie testów podstawowych dostępnym sprzętem kontrolno-pomiarowym w wymaganym zakresie i terminie,
- prowadzenie zapisów i interpretacja wyników testów podstawowych

Zakres i harmonogram wykonywania testów podstawowych zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 listopada 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 884) - urządzenia stosowane w radiografii ogólnej cyfrowej DR

	Diagnostyka Obrazowa.	D06	
		strona	2 z 2
		edycja	01
		data wydania	31.12.2018
W SZPITALU REGULARNIE WYKONUJE SIĘ PODSTAWOWE TESTY KONTROLI JAKOŚCI.			

Testy podstawowe wykonywane zgodnie z opracowaną metodyką, stosowany sprzęt kontrolno pomiarowy własny - zestaw Pro-Digi v.6, rejestracja wyników w programie komputerowym Pro-Control.

Archiwizacja wyników – jak dokumentacja medyczna.