

	Diagnostyka Obrazowa.	DO7	
		strona	1 z 1
		edycja	01
		data wydania	31.12.2018
W PRACOWNI WYKONUJE SIĘ ANALIZĘ BADAŃ POWTÓRZONYCH.			

	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował:	Inspektor Ochrony Radiologicznej	Małgorzata Jatczak	31.12.2018	INSPEKTOR Ochrony Radiologicznej <i>Małgorzata Jatczak</i> st. tech. elektroradiologii
Sprawdził:	Kierownik RTG	Marcin Tarczyński	31.12.2018	Marcin Tarczyński lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych specjalista chorób płuc 158200
Zatwierdził:	Dyrektor Szpitala	Sławomir Wysocki	31.12.2018	DYREKTOR Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisz lek. med. Sławomir Wysocki

Kryteria prawidłowego badania określone są w procedurach wzorcowych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych. Przedmiotem jest opis zasad wykonywania analizy zdjęć odrzuconych i powtórzonych.

Zdjęcia odrzucone są rejestrowane w systemie informatycznym z podziałem na aparaty rentgenowskie i techników wykonujących. Zdjęcia mogą być odrzucone przez technika lub lekarza radiologa.

Analiza zdjęć odrzuconych wykonywana jest raz na kwartał z udziałem techników elektroradiologii i lekarza radiologa.

Rejestracja, wyniki analizy i wnioski z analizy są dokumentowane.