



Wolica 05.05.2021r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. na dostawę wirówki laboratoryjnej oraz sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w ramach Projektu pn. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (Zamawiającego) udzielam wyjaśnień i informuję, co następuje:

Pytanie nr 1

„Czy dopuszczą Państwo złożenie oferty na wirówkę o obrotach regulowanych od 500-4000 RPM?”

Odpowiedź:

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie:

„4.2.1. Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 szt.

o parametrach minimalnych:

- rotor **min.** 6-miejscowy wychyłkowy
- miejsce na **min.** 6 probówek 15 ml
- indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania
- automatyczna kontrola braku wyważenia
- regulacja prędkości **w zakresie minimalnym** od 500 do 4000 obr/min
- gwarancja **min** 24 miesiące”

Pytanie nr 2

„Czy dopuszczają Państwo rotor 8-miejscowy wychyłkowy z miejscem na 8 probówek 15 ml, z możliwością wirowania 6 probówek 15 ml, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?”

Odpowiedź:

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie:

„4.2.1. Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 szt.

o parametrach minimalnych:

- rotor **min.** 6-miejscowy wychyłkowy
- miejsce na **min.** 6 probówek 15 ml
- indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania
- automatyczna kontrola braku wyważenia
- regulacja prędkości **w zakresie minimalnym** od 500 do 4000 obr/min
- gwarancja **min** 24 miesiące”

Pytanie nr 3

„Pytania część 1. Wirówka



Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające rotor 8-miescowy kątowy?
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulacji prędkości w zakresie 300-4500rpm?"

Odpowiedź:

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie:

„4.2.1. Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 szt.

o parametrach minimalnych:

- rotor **min.** 6-miejscowy wychyłkowy
- miejsce na **min.** 6 probówek 15 ml
- indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania
- automatyczna kontrola braku wyważenia
- regulacja prędkości **w zakresie minimalnym** od 500 do 4000 obr/min
- gwarancja **min** 24 miesiące”

Pytanie nr 4

„Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób złożyć ofertę poprzez ePupap skoro zamawiający nie nadał numeru identyfikacyjnego tzw Identyfikator postępowania to unikalny numer generowany przez miniPortal. Wykonawca w postępowaniach tzw podprogowych z wyłączeniem ustawy PZP nie posiada możliwości technicznej złożenia oferty w postępowaniu drogą elektroniczną poprzez wskazany przez Zamawiającego epuap. System nie pozwala na wysłanie oferty a nawet nie dopuszcza do przejścia do kolejnych zakładek w formularzu wypełniania bez opublikowanego przez Zamawiającego numeru identyfikacyjnego jak wyżej. Proszę o wyjaśnienie sprawy.”

Odpowiedź:

Ofertę należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Szpitala: /WSZZOZChPiG/SkrytkaESP korzystając z formularza pisma ogólnego. W tym celu należy zalogować się na stronie internetowej <https://epuap.gov.pl/wps/portal> , następnie z katalogu spraw wybrać „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (kategoria Sprawy ogólne) i zatwierdzić czynność wybierając polecenie „Załatw sprawę”. Wyświetlony formularz pisma ogólnego do podmiotu publicznego, należy wypełnić zgodnie z kolejnymi krokami. Formularz oferty winien zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy i dodany w wersji elektronicznej (w formie pliku .pdf) jako załącznik do ww. wiadomości.

Pytanie nr 5

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki o regulacji prędkości w zakresie 500 – 4000 obr/min, spełniającej wszystkie pozostałe wymagania?”

Odpowiedź:

pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie:

„4.2.1. Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 szt.

o parametrach minimalnych:

- rotor **min.** 6-miejscowy wychyłkowy
- miejsce na **min.** 6 probówek 15 ml
- indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania



- automatyczna kontrola braku wyważenia
- regulacja prędkości **w zakresie minimalnym** od 500 do 4000 obr/min
- gwarancja **min 24** miesiące”

Reasumując, w związku z pytaniami nr 1-3 oraz pytaniem nr 5, Zamawiający (Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza) zmienia treść przedmiotowego zapytania ofertowego poprzez doprecyzowanie parametrów minimalnych wirówki laboratoryjnej oraz zmianę minimalnego zakresu regulacji prędkości .

Pkt 4.2.1 zapytania ofertowego z dnia 30.04.2021r. otrzymuje brzmienie:

„4.2.1. Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 szt.
o parametrach minimalnych:

- rotor **min.** 6-miejscowy wychyłkowy
- miejsce na **min.** 6 probówek 15 ml
- indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania
- automatyczna kontrola braku wyważenia
- regulacja prędkości **w zakresie minimalnym** od 500 do 4000 obr/min
- gwarancja **min 24** miesiące”

Jednocześnie zmianie ulega Formularz oferty stanowiący załącznik do ww. zapytania, w pkt 2 (Parametry) tabela część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej otrzymuje brzmienie:

2. Parametry:

Nazwa asortymentu	Parametr wskazany w zapytaniu	Parametr oferowany
Część 1: dostawa wirówki laboratoryjnej		
Wirówka laboratoryjna	rotor min. 6-miejscowy wychyłkowy	
	miejsce na min. 6 probówek 15 ml	
	indywidualne ustawienie prędkości i czasu wirowania	
	automatyczna kontrola braku wyważenia	
	regulacja prędkości w zakresie minimalnym od 500 do 4000 obr/min	
	gwarancja min 24 miesiące”	

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, w imieniu Zamawiającego informuję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 12.05.2021r. do godz. 10:00.

Dyrektor
Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
/../
lek. med. Sławomir Wysocki