



Wolica 24.05.2021r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. zapytania ofertowego z dnia 17.05.2021r. na dostawę materiałów ochronnych dla Personelu Projektu pt. „Opracowanie i weryfikacja skuteczności nowego narzędzia immunodiagnostycznego COVID-19”

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (Zamawiającego) udzielam wyjaśnień i informuję, co następuje:

### Pytanie

„W celu umożliwienia na złożenia oferty dla Państwa w postępowaniu na zakup materiałów ochronnych dla Personelu Projektu.. uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o dopuszczenie lampy o wydajności wentylatora 40m<sup>3</sup>. Sam wentylator ma większą wydajność (co niekiedy mylnie podają inni producenci), jednak w dezynfekcji UV-C istotny jest przepływ objętości powietrza przez cały układ (komorę naświetlania promieniami UVC) w jednostce czasu. Należy pamiętać, że przepływ powietrza musi być dostosowany do czasu skutecznego naświetlania promieniami UVC. w przypadku zbyt szybkiego przepływu powietrza np. wymagane 130 m<sup>3</sup> powietrze przepływające przez komorę nie jest naświetlane odpowiednio długo przez co nie zapewnia skutecznej eliminacji
2. Prosimy o dopuszczenie lampy przepływowej bez licznika czasu pracy promienników.”

### Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w pkt 4.2.1. Tym samym nie ulega zmianie pkt 2 formularza oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

**Jednocześnie Zamawiający (Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza) zmienia treść pkt. 3 a Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zgodnie z pkt. 5.1 zapytania ofertowego pkt. 3 a Formularza oferty otrzymuje brzmienie:**

**„wyżej wymieniony towar, na dostawę którego składam ofertę, dostarczę do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia”**

Wprowadzona zmiana jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Dyrektor  
Wojewódzkiego Specjalistycznego  
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza  
/../  
lek. med. Sławomir Wysocki